
październik 2000

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	**POPRAWKA DO POLSKIEJ NORMY**	**PN-EN 139/AC**
	Sprzęt ochrony układu oddechowego **Aparaty wężowe sprężonego powietrza w połączeniu z maską, półmaską lub zespołem ustnika** Wymagania, badanie, znakowanie	**ICS** 13.340.30

EN 139:1994/AC:1995, IDT

TREŚĆ POPRAWKI

Rysunek 1, stronica 16
W tekście zamieszczonym poniżej wyrażenia „zawór wydechowy", podana wartość powinna być zmieniona na 160 l/min (zamiast 150 l/min).



Rysunek 1. Schemat stanowiska do pomiaru oporu oddychania w aparatach wyposażonych w zawór upustowy (dotyczy aparatów z łącznikiem z gwintem okrągłym)

nr ref. PN-EN 139:1997/AC:2000

Poprawka AC:1995 łącznie z normą europejską EN 139:1994 ma (wraz z PN-EN) status Polskiej Normy. (Poprawka EN 139:1994/AC:1995 modyfikuje normę europejską EN 139:1994)	Zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dnia 4 października 2000 r.