

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY	
	Biotechnologia	PN-EN 12128/Ap1
	Laboratoria badawcze, rozwoju i analizy	
	Stopnie hermetyczności laboratoriów mikrobiologicznych, strefy ryzyka i wymagania względem lokalizacji i bezpieczeństwa fizycznego	
		ICS 07.080

TREŚĆ POPRAWKI

1. Tytuły rozdziałów 5, 6, 7, 8 w Spisie treści zmienia się następująco:
 - 5 Laboratorium o hermetyczności 1. stopnia (PCL1)
 - 6 Laboratorium o hermetyczności 2. stopnia (PCL2)
 - 7 Laboratorium o hermetyczności 3. stopnia (PCL3)
 - 8 Laboratorium o hermetyczności 4. stopnia (PCL4)
2. W p.3.10 termin: główny stopień hermetyczności zmienia się na: podstawowy stopień hermetyczności.
3. Tytuł rozdziału 5 zmienia się następująco: Laboratorium o hermetyczności 1. stopnia (PCL1).
4. W p.5.6 UWAGA przyjmuje następującą treść: Laboratorium o hermetyczności 1. stopnia może nie być wyposażone w autoklaw do niszczenia odpadów.
5. Tytuł rozdziału 6 zmienia się następująco: Laboratorium o hermetyczności 2. stopnia (PCL2).
6. W p.6.7 treść pierwszego zdania zmienia się na następującą: Ogólnie dezynfekcja gazowa laboratorium o hermetyczności 2. stopnia PCL2 nie jest wymagana.
7. Tytuł rozdziału 7 zmienia się następująco: Laboratorium o hermetyczności 3. stopnia (PCL3).
8. W p.7.9 w pierwszym zdaniu po UWADZE 1 słowo „uwiarygodniony” zmienia się na „walidowany”.
9. Tytuł rozdziału 8 zmienia się następująco: Laboratorium o hermetyczności 4. stopnia (PCL4).
10. W p.8.9 w zdaniu przed UWAGĄ 1 słowo „uwiarygodniony” zmienia się na „walidowany”.
11. W p.8.9 w UWADZE 1 słowo „uwiarygodnionego” zmienia się na „walidowanego”.
12. Tytuł tablicy 1 zmienia się następująco: Wymagania dotyczące laboratorium o hermetyczności od 1. do 4. stopnia.
13. W tytule załącznika A zmienia się słowo „przestrzeni” na „powierzchni”.

nr ref. PN-EN 12128:2000/Ap1:2001

	Zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dnia 17 lipca 2001 r.
--	---