



**Polski Komitet
Normalizacyjny**

POLSKA NORMA

ICS 11.080.30; 55.040

PN-EN 868-5:2001/AC

czerwiec 2002

Wprowadza
EN 868-5:1999/AC:2001, IDT

Dotyczy

PN-EN 868-5:2001

Materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobów medycznych przeznaczonych do sterylizacji

Część 5: Torebki zgrzewalne i z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy papierowo-foliowe

Wymagania i metody badań

nr ref. PN-EN 868-5:2001/AC:2002

Hologram
PKN

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez NKP nr 295 ds. Sterylizacji i zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dnia 25 czerwca 2002 r. Wprowadzenie EN 868-5:1999/AC:2001 odnosi się do korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

Treść poprawki

4.3 Konstrukcja i wygląd

Zastąpić p. 4.3.4 b) niżej podanym.

mieć występ taki, że długość warstwy jednego materiału jest większa od długości warstwy drugiego materiału nie mniej niż o 1,0 mm i nie więcej niż o 2,5 mm, kiedy torebka jest przeznaczona do zamknięcia przez zgrzewanie.

(1,0 mm i 2,5 mm zamiast 10 mm i 25 mm).