



**Polski Komitet  
Normalizacyjny**

---

# POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

---

ICS 13.060.30; 13.060.60

## **PN-EN 872:2007/Ap1**

**sierpień 2007**

### **Dotyczy**

PN-EN 872:2007

Jakość wody

Oznaczanie zawiesin

Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączi z włókna szklanego

nr ref. PN-EN 872:2007/Ap1:2007

## Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 119 ds. Jakości Wody – Problemy Podstawowe i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 10 sierpnia 2007 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: [www.pkn.pl](http://www.pkn.pl)

## Treść poprawki

1. W Przedmowie w piątym akapicie

zamiast

„Usuwanie”

powinno być

„Opróżnianie”

2. W 5.3

zamiast

„150 °C ± 2 °C”

powinno być

„105 °C ± 2 °C”