

PN-EN 61672-1:2005/Ap1

październik 2007

Dotyczy

PN-EN 61672-1:2005

Elektroakustyka

Mierniki poziomu dźwięku

Część 1: Wymagania

Przedmowa

Niniejsza poprawka została przygotowana przez KT nr 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 22 października 2007 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

W 5.4.2 w Tablicy 2, w wierszu dla częstotliwości nominalnej 8000 Hz, w kolumnie Błędy dopuszczalne (dB), Klasa 1 zamiast: „+2,5” powinno być: „+2,1”.