

ICS 11.040.01;

PN-EN 60601-1-6:2007/AC

maj 2010

Wprowadza
EN 60601-1-6:2007/AC:2010, IDT

Dotyczy

PN-EN 60601-1-6:2007

Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-6: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Użyteczność

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 67
ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej

Poprawka do Normy Europejskiej EN 60601-1-6:2007/AC:2010 Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Usability
ma status Poprawki do Polskiej Normy



Corrigendum to EN 60601-1-6:2007

English version

Foreword

Add a DOW of 2012-06-01.

Delete the sentences:

However, EN 60601-1-6:2004 remains valid until all the parts 2 that are used in conjunction with it have been withdrawn. No date of withdrawal of conflicting national standards (dow) has therefore been fixed. However, when Part 1-6 is used for appliances not covered by a part 2, EN 60601-1-6:2004 is not to be used after 2009-09-12.

March 2010



Corrigendum à la EN 60601-1-6:2007

Version française

Avant-propos

Ajouter pour DOW le 2012-06-01.

Supprimer les phrases:

Toutefois, la EN 60601-1-6:2004 reste valable jusqu'à l'annulation de toutes les parties 2 qui sont utilisées conjointement avec elle. En conséquence, aucune date de retrait des normes nationales conflictuelles (dow) n'a été fixée. Toutefois, lorsque la Partie 1-6 est utilisée pour des appareils non couverts par une partie 2, la EN 60601-1-6:2004 ne doit pas être utilisée après le 2009-09-12.

Mars 2010



Corrigendum zu EN 60601-1-6:2007

Deutsche Fassung

Vorwort

Füge das folgende Datum für die Zurückziehung hinzu: 2012-06-01.

Streiche die folgenden Sätze:

Jedoch bleibt EN 60601-1-6:2004 weiterhin gültig, bis sämtliche Teil 2, die in Verbindung mit dieser Norm angewendet werden, zurückgezogen sind. Aus diesem Grunde wurde kein Datum für die Zurückziehung entgegenstehender nationaler Normen (dow) festgelegt. Wenn jedoch Teil 1-6 für Geräte angewendet wird, die nicht in einem Teil 2 behandelt werden, darf EN 60601-1-6:2004 nicht mehr nach 2009-09-12 angewendet werden.

März 2010

