

ICS 11.040.10;

PN-EN ISO 26782:2009/AC

maj 2010

Wprowadza

EN ISO 26782:2009/AC:2009, IDT
ISO 26782:2009/AC1:2009, IDT

Dotyczy

PN-EN ISO 26782:2009

Urządzenia do anestezji i oddychania -- Spirometry przeznaczone do oceny funkcji oddechowych u ludzi

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 284

ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych

Poprawka do Normy Europejskiej EN ISO 26782:2009/AC:2009 Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans - Technical Corrigendum 1 (ISO 26782:2009/Cor 1:2009)

ma status Poprawki do Polskiej Normy

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans - Technical Corrigendum 1 (ISO 26782:2009/Cor 1:2009)

Matériel d'anesthésie et de réanimation
respiratoire - Spiromètres destinés au
mesurage des volumes expiratoires forcés
chronométrés chez les humains -
Rectificatif technique 1 (ISO
26782:2009/Cor 1:2009)

Anästhesie- und Beatmungsgeräte -
Spirometer zur Messung des
zeitbezogenen forcierten
Expirationsvolumens beim Menschen (ISO
26782:2009/Cor 1:2009)

This corrigendum becomes effective on 15 November 2009 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 15 novembre 2009 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 15. November 2009 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

Foreword

This document (EN ISO 26782:2009/AC:2009) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 121 "Anaesthetic and respiratory equipment" in collaboration with Technical Committee CEN/TC 215 "Respiratory and anaesthetic equipment" the secretariat of which is held by BSI.

Endorsement notice

The text of ISO 26782:2009/Cor 1:2009 has been approved by CEN as a EN ISO 26782:2009/AC:2009 without any modification.



INTERNATIONAL STANDARD ISO 26782:2009
TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Published 2009-11-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

**Anaesthetic and respiratory equipment — Spirometers intended
for the measurement of time forced expired volumes in humans**

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

*Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Spiromètres destinés au mesurage des volumes
expiratoires forcés chronométrés chez les humains*

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Technical Corrigendum 1 to ISO 26782:2009 was prepared by Technical Committee ISO/TC 121, *Anaesthetic and respiratory equipment*, Subcommittee SC 3, *Lung ventilators and related equipment*.

Page 13, Figure A.1

In the key, replace point 2 “ $t_0 = 0,75$ s” with “ $t_0 = 0,075$ s”.

