

**Dotyczy**

PN-EN ISO 6878:2006

Jakość wody

Oznaczanie fosforu

Metoda spektrometryczna z molibdenianem amonu

## **Przedmowa**

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 121 ds. Jakości Wody – Badania Chemiczne – Substancje Nieorganiczne i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 24 marca 2010 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: [www.pkn.pl](http://www.pkn.pl)

## **Treść poprawki**

W 8.1.1, zamiast 1,94 g/ml powinno być 1,84 g/ml.