

# Errata do wydrukowanych Polskich Norm

ICS 13.060.50

## **PN-EN 1899-1:2002 Jakość wody – Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZT<sub>n</sub>) – Część 1: Metoda rozcieńczania i szczepienia z dodatkiem allilotiomocznika**

<b>Pozycja</b>	<b>Jest</b>	<b>Powinno być</b>
s.9, p.5.6, początek pierwszego akapitu	Dodać, w zależności od pochodzenia, od 5 ml do 10 ml wody zaszczipiającej (patrz 5.3) na litr wody do rozcieńczeń (patrz 5.5).	Dodać, w zależności od pochodzenia, od 5 ml do 20 ml wody zaszczipiającej (patrz 5.3) na litr wody do rozcieńczeń (patrz 5.5).

Normalizacja 3/2004