

Errata do wydrukowanych Polskich Norm

ICS 17.140.50

PN-EN 61672-1:2005

Elektroakustyka – Mierniki poziomu dźwięku – Część 1: Wymagania

Pozycja	Jest	Powinno być
s. 8, objaśnienia do wzoru (4)	E_0 jest ekspozycją odniesienia równą $(20 \text{ mPa})^2 \times (1 \text{ s}) = 400 \times 10^{-12} \text{ Pa}^2 \text{ s}$;	E_0 jest ekspozycją odniesienia równą $(20 \text{ }\mu\text{Pa})^2 \times (1 \text{ s}) = 400 \times 10^{-12} \text{ Pa}^2 \text{ s}$;

Normalizacja 10/2005