POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 13.040.30

PN-Z-04472:2015-10/Ap1

Ochrona czystości powietrza

Oznaczanie manganu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

© Copyright by PKN, Warszawa 2015

nr ref. PN-Z-04472:2015-10/Ap1:2015-12

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 17 grudnia 2015 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Stronica 5, Rozdział 7, akapit 4:

zamiast: przepuścić do 720 l powietrza

powinno być: przepuścić co najmniej 600 l powietrza.

Stronica 6, Rozdział 10:

na końcu pierwszego akapitu dodać zdanie:

Następnie 1 ml tak przygotowanych roztworów przenieść do następnych kolb pomiarowych pojemności 10 ml, dodać do każdej 0,5 ml roztworu chlorku lantanu wg 5.5, uzupełnić do kreski roztworem kwasu azotowego(V) wg 5.4 i wymieszać.