

PN-EN 80369-5:2017-02/AC

Wprowadza

EN 80369-5:2016/AC:2017-02, IDT
IEC 80369-5:2016/AC1:2017, IDT

**Łączniki z otworami o małej średnicy do płynów
i gazów stosowane w medycynie ogólnej**

**Część 5: Łączniki do stosowania w mankietach
do mierzenia ciśnienia**

Poprawka do Normy Europejskiej EN 80369-5:2016/AC:2017-02 *Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 5: Connectors for limb cuff inflation applications* ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 12 maja 2017 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Nota uznaniowa

Poprawka do Normy Europejskiej EN 80369-5:2016/AC:2017-02 została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN 80369-5:2017-02/AC:2017-05.

English Version

**Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare
applications - Part 5: Connectors for limb cuff inflation
applications
(IEC 80369-5:2016/COR1:2017)**

Raccords de petite taille pour liquides et gaz utilisés dans le
domaine de la santé - Partie 5: Raccords destinés à des
applications au gonflage de brassard
(IEC 80369-5:2016/COR1:2017)

Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser für
Flüssigkeiten und Gase in medizinischen Anwendungen -
Teil 5: Verbindungsstücke für Anwendungen mit
aufblasbaren Manschetten systemen für Gliedmaßen
(IEC 80369-5:2016/COR1:2017)

This corrigendum becomes effective on 24 February 2017 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 80369-5:2016/COR1:2017 was approved by CENELEC as EN 80369-5:2016/AC:2017-02 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 80369-5
Edition 1.0 2016-03

**SMALL BORE CONNECTORS FOR LIQUIDS AND
GASES IN HEALTHCARE APPLICATION –**

**Part 5: Connectors for limb cuff inflation
applications**

IEC 80369-5
Édition 1.0 2016-03

**RACCORDS DE PETITE TAILLE POUR LIQUIDES
ET GAZ UTILISÉS DANS LE DOMAINE DE LA
SANTÉ –**

**Partie 5: Raccords destinés à des applications
au gonflage de brassard**

CORRIGENDUM 1

**Table H.2 – Obsolete female
sphygmomanometer and cuff SMALL-
BORE CONNECTOR dimensions**

*Replace, in the row for reference K, "Inner
diameter" with "Depth"*

**Tableau H.2 – Dimensions de RACCORD
DE PETITE TAILLE femelle obsolète de
sphygmomanomètre et de brassard**

*Remplacer, dans la ligne pour la référence
K, "Diamètre intérieur" par "Profondeur"*