

PN-ISO 6488:2005/AC1

Wprowadza
ISO 6488:2004/AC1:2008, IDT

Tytoń i wyroby tytoniowe

Oznaczanie zawartości wody

Metoda Karla Fischera

Poprawka do Normy Międzynarodowej ISO 6488:2004/AC1:2008 *Tobacco and tobacco products – Determination of water content – Karl Fischer method* ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka jest tłumaczeniem angielskiej wersji Poprawki do Normy Międzynarodowej ISO 6488:2004/AC1:2008.

Została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 13 grudnia 2017 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za tłumaczenie poprawki jest KT nr 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

Stronica 6

5.2 Metanol, o zawartości wody poniżej 0,05 g na 100 g.

Zastąpić tekst zawierający zalecenia i ostrzeżenie jak niżej:

Metanol jest higroskopijny, dlatego zaleca się zakrycie butelki automatyczną pipetą tłoczącą wyposażoną w rurkę osuszającą.

OSTRZEŻENIE – Metanol jest toksyczny. Istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w wyniku wdychania, kontaktu ze skórą i po połyknięciu. Zachować ostrożność i czytać karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS).