

PN-EN 45501:2015-05/Ap1

Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nielektrycznych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 13 marca 2018 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

W A.4.6.1, zdanie 1

zamiast:

Badanie dokładności ważenia (obciążanie i odciążanie zgodnie z A.4.4.1) powinno być wykonywane przy użyciu co najmniej dwóch różnych wartości tary.

powinno być:

Badanie dokładności ważenia (obciążanie i odciążanie zgodnie z A.4.4.1) powinno być wykonywane przy użyciu różnych wartości tary.