

PN-EN ISO 18122:2016-01/Ap1

Biopaliwa stałe

Oznaczanie zawartości popiołu

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 24 kwietnia 2019 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

Uwagę w podrozdziale 5.2 zmienia się następująco:

UWAGA Szybkość wymiany powietrza pomiędzy pięcioma a 10 wymianami na godzinę jest wystarczająca.