

PN-EN 80369-5:2017-02/AC

Wprowadza

EN 80369-5:2016/AC:2021-06, IDT

IEC 80369-5:2016/Cor 2:2021, IDT

**Łączniki z otworami o małej średnicy do płynów i gazów
stosowane w medycynie ogólnej**

**Część 5: Łączniki do stosowania w mankietach do mierzenia
ciśnienia**

Poprawka do Normy Europejskiej EN 80369-5:2016/AC:2021-06 *Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications -- Part 5: Connectors for limb cuff inflation applications (IEC 80369-5:2016 /COR2:2021)* ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN 11 marca 2022 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest PKN/KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Nota uznaniowa

Poprawka do Normy Europejskiej EN 80369-5:2016/AC:2021-06 została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN 80369-5:2017-02/AC:2022-03.

English Version

**Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare
applications - Part 5: Connectors for limb cuff inflation
applications
(IEC 80369-5:2016/COR2:2021)**

Raccords de petite taille pour liquides et gaz utilisés dans le
domaine de la santé - Partie 5: Raccords destinés à des
applications au gonflage de brassard
(IEC 80369-5:2016/COR2:2021)

Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser für
Flüssigkeiten und Gase in medizinischen Anwendungen -
Teil 5: Verbindungsstücke für Anwendungen mit
aufblasbaren Manschetten systemen für Gliedmaßen
(IEC 80369-5:2016/COR2:2021)

This corrigendum becomes effective on 25 June 2021 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 80369-5:2016/COR2:2021 was approved by CENELEC as EN 80369-5:2016/AC:2021-06 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 80369-5
Edition 1.0 2016-03

**Small-bore connectors for liquids and gases in
healthcare applications –**

**Part 5: Connectors for limb cuff inflation
applications**

IEC 80369-5
Édition 1.0 2016-03

**Raccords de petite taille pour liquides
et gaz utilisés dans le domaine de la santé –**

**Partie 5: Raccords destinés à des applications
au gonflage de brassard**

CORRIGENDUM 2

**Table B.2 – Female sphygmomanometer
S1 SMALL-BORE CONNECTOR dimensions**

*Replace, in the minimum column of the
row for reference ØW, "10,060" with
"9,750".*

**Tableau B.2 – Dimensions du RACCORD
DE PETITE TAILLE S1 de
sphygmomanomètre femelle**

*Remplacer dans la colonne minimale de la
ligne ØW, "10,060" par "9,750".*