

# **PN-Z-04508:2022-05/Ap1**

## **Ochrona czystości powietrza**

### **Oznaczanie frakcji respirabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną**

## Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez PKN/KT nr 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 5 sierpnia 2022 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: [www.pkn.pl](http://www.pkn.pl).

## Treść poprawki

6.1, akapit 1 zmienia się następująco:

Waga analityczna, użytkowana zgodnie z instrukcją producenta wagi, z działką elementarną co najmniej 0,000 01 g.