

PN-EN 61340-2-3:2016-11/AC

Wprowadza

EN 61340-2-3:2016/AC:2023-08, IDT

IEC 61340-2-3:2016/Cor1:2023, IDT

Elektryczność statyczna

Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego

Poprawka do Normy Europejskiej EN 61340-2-3:2016/AC:2023-08

Electrostatics – Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid materials used to avoid electrostatic charge accumulation
ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka jest tłumaczeniem angielskiej wersji Poprawki do Normy Europejskiej EN 61340-2-3:2016/AC:2023-08.

Została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 26 października 2023 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za tłumaczenie poprawki jest PKN/KT nr 143 ds. Elektryczności Statycznej.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

A.1.1 Urządzenie i procedura dla dolnego zakresu rezystancji

W trzecim zdaniu pierwszego akapitu A.1.1 zastąpić wartość „ $(1,00 \pm 0,01) \times 10^6 \Omega$ ” następującą wartością „ $(1,00 \pm 0,01) \times 10^7 \Omega$ ”.

A.1.2 Urządzenie i procedura dla górnego zakresu rezystancji i określenia czasu przyłożenia napięcia

W ostatnim zdaniu pierwszego akapitu A.1.2 zastąpić „IEC 60167” przez „IEC 62631-3-3”.

Rysunek A.2 – Urządzenie sprawdzające górny zakres rezystancji przy pomiarach rezystancji powierzchniowej

Zastąpić etykietę rysunku wskazującą wartość zakresu rezystancji „ $10 \times 10^{12} \Omega (\pm 5 \%)$ Rezystor (1)” etykietą „ $1,0 \times 10^{12} \Omega (\pm 5 \%)$ Rezystor (1)”, jak pokazano na:

